

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC)

Výrobce
Manufacturer

KMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
Czech Republic
IČO 47781904

prohlašuje, že
declares, that

výrobek
product

Měřicí přístroj
Measuring instrument

typ, model
type, model

SMP-BX
SMPQ-BX

odpovídá požadavkům norem a
technických předpisů :
*is in conformity with the following
standards:*

- bezpečnost
- *safety*

- EMC – odolnost
- *EMC - immunity*

- EMC – vyzařování
- *EMC - emission*

ČSN EN 61010-1:2003 , kategorie přepětí III
(*overvoltage category III*)
ČSN EN 61000-4-2:1997/A1:1999/Z1:2001 (4 kV / 8 kV)
ČSN EN 61000-4-3 ed.2:2003/A1:2003 (10 V/m, 1GHz)
ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005 (2 kV)
ČSN EN 61000-4-5:1997/Z1:2001 (2 kV)
ČSN EN 61000-4-6:1997/Z1:2001 (3 kV)
ČSN EN 61000-4-11: 1996/Z1:2001 (5 period)
ČSN EN 55011:1999/A1:2001 , třída A (výrobek není určen
do bytového prostředí) / *class A (not for home use)*
ČSN EN 55022:1999/A1:2001/A2:2003, třída A / *class A*

Certifikát o zkoušce EMC a
bezpečnosti :
EMC and safety certificate :

Protokol o zkoušce č. P/09/01/04-1 ze dne 19.6.2009,
zkušebna ABEGU, a.s., akr.č.1184
*Test report No. P/09/01/04-1, dated 19.6.2009, ABEGU, a.s. Test
Laboratory No. 1184*

Rok označení značkou CE
Year of CE-mark signing

12



Tř. Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
DIČ: CZ47781904
①

Liberec, 19. 12. 2012

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání
Place and date

Zodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis
Authorized signature