

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 18/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů

EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LV Safety), 93/68/EEC

Výrobce
ManufacturerKMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
Czech Republic
IČO 47781904prohlašuje, že
declares, thatvýrobek
productSíťový monitor
Electric Network Dataloggertyp, model
type, modelNEMO 304
NEMO 332odpovídá požadavkům norem a
technických předpisů :
is in conformity with the following
standards:

- bezpečnost
- safety

ČSN EN 61010-1 ed.2:2011, měřicí vstupy 600V CATIV,
napájení 300V CAT III
(measuring inputs 600V CAT IV, power supply inputs 300V CAT III)

- EMC – odolnost
- EMC - immunity

ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (8 kV)
ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1+A2 (10V/m)
ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005+A1 (4kV)
ČSN EN 61000-4-5 ed.2:2007 (4kV/2kV)
ČSN EN 61000-4-6 ed.3:2009 (10V)

- EMC – vyzařování
- EMC - emission

ČSN EN 55011 ed.2:2007+A2 (třída B / class B)
ČSN EN 55022 ed.2:2007+A1 (třída B / class B)Certifikát o zkoušce EMC a
bezpečnosti :
EMC and safety certificate :Protokoly o zkoušce č. P/12/01/43-1, P/12/01/43-2 ze dne
24.7.2012, zkušebna ABEGU, a.s., akr.č.1184
Test reports No. P/12/01/43-1, P/12/01/43-2, dated 24.7.2012,
ABEGU, a.s. Test Laboratory No. 1184Rok označení značkou CE
Year of CE-mark signing

12

Tř.Dr.M.Horákové 559
460 06 Liberec 7
DIČ: CZ47781904

Liberec, 18.12. 2012

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání
Place and dateZodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis
Authorized signature