

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 2004/108/EC (EMC), 2014/35/EU (LVD)

Výrobce
Manufacturer

KMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
Czech Republic
IČO 47781904

prohlašuje na svou výhradní
zodpovědnost, že
declares under its sole responsibility that

výrobek
product

Měřicí přístroj
Measuring instrument

typ, model
type, model

SMY-CA

odpovídá požadavkům norem a
technických předpisů :
*is in conformity with the following
standards:*

- bezpečnost
- safety

ČSN EN 61010-1 ed.2:2011

- EMC – odolnost
- EMC - immunity

ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 (8 kV)
ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1+A2 (10V/m)
ČSN EN 61000-4-4 ed.3:2013 (4/2kV)
ČSN EN 61000-4-5 ed.3:2015 (4/2 kV)
ČSN EN 61000-4-6 ed.4:2014 (10V)
ČSN EN 61000-4-11 ed.2:2005 (100% / 1 period)

- EMC – vyzařování
- EMC - emission

ČSN EN 55011 ed.3:2010, třída A (výrobek není určen do
bytového prostředí) / class A (not for home use)
ČSN EN 55022 ed.3:2011 (třída A / class A)

Výrobek je ve shodě s nařízením vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

The product is in compliance with Government Regulation No. 481/2012 Coll. on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Liberec, 19.7. 2015

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání
Place and date

Zodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis
Authorized signature